

# PIPETTES jaugées, cl AS graduation ambrée



**HIRSCHMANN®  
LABORGERÄTE**

REF	MATIERE	CONTENANCES		LONGUEUR max	Tolérance ± ml	QUANTITE	
		UTILE ml				CARTON OU PACK	PALETTE
134 01 29	VERRE AR	0.5		300	0.005	12	
134 01 33	VERRE AR	1		325	0.008	12	
134 01 39	VERRE AR	1.5		350	0.01	12	
134 01 40	VERRE AR	2		350	0.01	12	
134 01 45	VERRE AR	2.5		350	0.01	6	
134 01 48	VERRE AR	3		350	0.01	6	
134 01 50	VERRE AR	4		410	0.015	6	
134 01 55	VERRE AR	5		410	0.015	6	
134 01 56	VERRE AR	6		410	0.015	6	
134 01 57	VERRE AR	7		410	0.015	6	
134 01 58	VERRE AR	8		450	0.02	6	
134 01 59	VERRE AR	9		450	0.02	6	
134 01 60	VERRE AR	10		450	0.02	6	
134 01 64	VERRE AR	15		520	0.02	6	
134 01 65	VERRE AR	20		520	0.03	6	
134 01 70	VERRE AR	25		530	0.03	6	
134 01 73	VERRE AR	30		530	0.03	6	
134 01 74	VERRE AR	40		550	0.05	6	
134 01 75	VERRE AR	50		550	0.05	6	
134 01 80	VERRE AR	100		600	0.08	6	

## INFORMATIONS GÉNÉRALES :

- Certificat de conformité, avec numéro de lot daté, verre AR, avec un trait, graduation ambrée.

**FCL MEDIC**

« Les 4 Cheminées » - 3 et 5 rue Gustave EIFFEL - 45380 LA CHAPELLE SAINT MESMIN - France

Tél. : + 33 (0)2.38.73.95.39 - Fax : +33 (0)2.38.72.51.54 - E-mail. : [contact@fclmedic.fr](mailto:contact@fclmedic.fr)

Site : [www.fclmedic.fr](http://www.fclmedic.fr)

FCL *médic*

