

PIPETTES jaugées, cl AS graduation ambrée, volume entre deux repères



**HIRSCHMANN®
LABORGERÄTE**

REF	MATIERE	CONTENANCES	LONGUEUR max	Tolérance ± ml	QUANTITE	
		UTILE ml			CARTON OU PACK	PALETTE
134 02 29	VERRE AR	0.5	300	0.005	12	
134 02 33	VERRE AR	1	325	0.008	12	
134 02 40	VERRE AR	2	350	0.01	12	
134 02 48	VERRE AR	3	350	0.01	6	
134 02 55	VERRE AR	5	410	0.015	6	
134 02 60	VERRE AR	10	450	0.02	6	
134 02 64	VERRE AR	15	520	0.03	6	
134 02 65	VERRE AR	20	520	0.03	6	
134 02 70	VERRE AR	25	530	0.03	6	
134 02 75	VERRE AR	50	550	0.05	6	
134 02 80	VERRE AR	100	600	0.08	6	

INFORMATIONS GÉNÉRALES :

- Certificat de conformité, avec numéro de lot daté, verre AR, volume entre deux repères, graduation ambrée, DIN EN ISO 648

FCL MEDIC

« Les 4 Cheminées » - 3 et 5 rue Gustave EIFFEL - 45380 LA CHAPELLE SAINT MESMIN - France
Tél. : + 33 (0)2.38.73.95.39 - Fax : +33 (0)2.38.72.51.54 - E-mail. : contact@fclmedic.fr
Site : www.fclmedic.fr

