


# EPROUVETTES GRADUEES CLASSE A et CLASSE B



**HIRSCHMANN®  
LABORGERÄTE**

REF CLASSE A	REF CLASSE B	CONTENANCES	H mm	SUBDIVISION ml	Tolérance ± ml CLASSE A	Tolérance ± ml CLASSE B	QUANTITE	
		UTILE ml					CARTON OU PACK	PALETTE
224 01 54	223 01 54	5	115	0.1	0.05	0.075	2	
224 01 60	223 01 60	10	140	0.2	0.1	0.15	2	
224 01 70	223 01 70	25	170	0.5	0.25	0.375	2	
224 01 75	223 01 75	50	200	1.0	0.5	0.75	2	
224 01 80	223 01 80	100	260	1.0	0.5	0.75	2	
224 01 86	223 01 86	250	335	2.0	1.0	1.5	2	
224 01 90	223 01 90	500	390	5.0	2.5	3.75	2	
224 01 93	223 01 93	1 000	470	10.0	5.0	7.5	2	
224 01 94	223 01 94	2 000	570	10.0	10.0	15.0	2	

## INFORMATIONS GÉNÉRALES :

- Classe A : verre borosilicaté DURAN®. Certificat de conformité, avec numéro de lot daté, subdivisions principales annulaires, **graduation bleue**, DIN EN ISO4788.



- Classe B : éprouvettes graduées verre borosilicaté. Traits de subdivision, **graduation bleue**, DIN EN ISO 4788.

FCL médic

**FCL MEDIC**

« Les 4 Cheminées » - 3 et 5 rue Gustave EIFFEL - 45380 LA CHAPELLE SAINT MESMIN - France

Tél. : + 33 (0)2.38.73.95.39 - Fax : +33 (0)2.38.72.51.54 - E-mail. : [contact@fclmedic.fr](mailto:contact@fclmedic.fr)

Site : [www.fclmedic.fr](http://www.fclmedic.fr)

